



**О П Ш Т А
БОЛНИЦА**

Др Лаза К. Лазаревић • Шабац

Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија
Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395
E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs
Интернет : www.bolnica015.org.rs

Шабац, 24.05.2017.год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације

Потенцијални понуђач односно заинтересовано лице обратило се наручиоцу са следећим питањима у вези јавне набавке мале вредности бр. 18/17 и партије 4 - ларингоскоп:

1. "Молимо вас за додатним појашњењем конкурсне документације у делу техничке спецификације траженог ларингоскопа. Наша питања гласе:
 - А. Који тип ларингоскопа се тражи? Стандардни или фибероптички?
 - Б. Каква треба да буде ручица траженог ларингоскопа? Краћи опис.
 - В. Какве и које спатуле треба да садржи тражени ларингоскоп? Краћи опис.
 - Г. Какво треба да буде паковање траженог ларингоскопа? Краћи опис.

Одговор наручиоца: Наручилац тражи стандардни ларингоскоп.

- А. Стандардни ларингоскоп
- Б. Метална ручица, средње величине, вишекратна батеријска ручица (за 2 Ц батерије или једном већом)
- В. Треба да садржи стандардне спатуле од нерђајућег челика које се могу стерилисати хладном стерилизацијом, све величине (од 0 до 5 или од 1 до 4, зависно од произвођача).
- Г. Стандардно паковање, наручилац нема посебне захтеве у вези паковања.

**Комисија за јавне набавке
Ристић Сандра, шеф одсека за јн
члан Комисије, ср**