



**О П Ш Т А  
БОЛНИЦА**

Др Лаза К. Лазаревић • Шабац

Попа Карана 4, 15000 Шабац, Србија  
Тел.: (015) 363 300, 363 379; факс: + 343 622  
Ел. по. : opstabolnicasabac@open.telekom.rs  
Интернет: www.bolnica015.org.rs

**Број: 08-1/222  
Ѕабас, 07.03.2017.**

Potencijalni ponuđač se obratio naručiocu radi pojašnjenja konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke sanitetskog potrošnog materijala, br. JN 8/17, sa sledećim zahtevom:

1. Kako bi specifikacija u partiji broj 16-Ekg papir i termo papir, bila potpuno jasna i kako bi se ispoštovali bitni članovi Zakona o javnim nabavkama: član 9. načelo efikasnosti i ekonomičnosti, član 10. načelo obezbeđivanja konkurencije, član 12. načelo jednakosti ponuđača kao i obaveze iz člana 71. i člana 72., **gde uz određivanje tehničkih specifikacija obavezno idu i reči „ ili odgovarajuće “**, molimo vas da kod svih stavki u okviru navedene partije stavite reči „ili odgovarajuće“. Takođe vas molimo da nam kod sledećih stavki odgovorite na pitanja:

2. Partija broj 16-Ekg papir i termo papir:

- Stavka 3 - Ko je proizvođač i koji je model aparata?
- Stavka 4 - Ko je proizvođač i koji je model aparata?
- Stavka 5 - Ko je proizvođač i koji je model aparata?
- Stavka 7 - Ko je proizvođač i koji je model aparata?

**1. Stav naručioca je da su navedeni zahtevi prihvatljivi.**

**Shodno navedenom naručilac vrši izmenu tehničke specifikacije za partiju 16 koja sada glasi:**

Partija 16 -Sanitetski potrošni materijal - EKG PAPIR I TERMO PAPIR								
R.br.	NAZIV	Jed. mere	Količina	Cena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a	Ukupno sa PDV-om	Naziv artikla	Proizvođač
1	Biošet trake 3700 za EKG ili odgovarajuće	kom	1300					
2	Papir za UZ za aparat Micubiši silver 110mmx20m ili odgovarajuće	kom	310					
3	EKG papir 58x40 mm ili odgovarajuće	kom	1200					
4	EKG papir 112x45 mm ili odgovarajuće	kom	150					
5	EKG papir 80x45 ili odgovarajuće	kom	200					
6	EKG papir MAC-500 90x90x360 ili odgovarajuće	kom	100					
7	EKG papir 62x45 ili odgovarajuće	kom	40					
8	EKG papir za aparat Schiller AT101 ili odgovarajuće	kom	20					
9	Laboratorijski papir za timpanometar110mmx40mmx13,3m ili odgovarajuće	kom	40					
10	Papir za CTG bistos BT350 152x90x150 ili odgovarajuće	kom	160					
11	Papir za CTG bionet 700,214x45 ili odgovarajuće	kom	160					
12	Papir za CTG za aparat Corometrics MS 150x90x200 ili odgovarajuće	pak	80					
<b>UKUPNO</b>								

## 2. Proizvođači i modeli aparata za stavke 3,4,5 i 7 su sledeći:

**Stavka 3** - EKG papir 58x40 mm ili odgovarajuće - Innomed Heart Mirror 3

**Stavka 4** - EKG papir 112x45 mm ili odgovarajuće - Innomed Heart Screen 112D

**Stavka 5** - EKG papir 80x45 ili odgovarajuće - Innomed Heart Scprie 80G-L

**Stavka 7** - EKG papir 62x45 ili odgovarajuće - Cardipia 200N

Комисија за јавне набавке  
у поступку ЈН 8/17