



# О П Ш Т А БОЛНИЦА

Др Лаза К. Лазаревић • Шабац

Попа Карана 4, 15000 Шабац, Србија  
Тел.: (015) 363 300, 363 379; факс: + 343 622  
Ел. по. : opstabolnicasabac@open.telekom.rs  
Интернет: www.bolnica015.org.rs

**Број: 08-1/278**  
**Шабац, 23.03.2017.**

Potencijalni ponuđač se obratio naručiocu radi pojašnjenja konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke materijala za dijalizu, br. JN 9/17, sa sledećim zahtevom:

U odgovoru od 17.03.2017. na naše pitanje kao potencijalnog ponuđača, naveli ste da naručilac ostaje pri pojašnjenju konkursne dokumentacije br. 08-1/255 od 15.03.2017. godine i u svemu ostaje pri navodima iz ovog pojašnjenja, što će reći da će naručilac smatrati prihvatljivom ponudu za partiju 24 koja se sastoji iz kompleta koji sadrži dve komponente, infuzioni rastvor i infuzione linije. Tim povodom želimo da ukažemo na prednosti upotrebe *Fiziološkog rastvora (0,9% NaCl) za pripremu i završetak HD tretmana* u odgovarajućim pakovanjima (kesa od 1 l) sa već ugrađenim nastavcima za infuziju u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Imajući u vidu da se postupak hemodijalize sprovodi na višestruko bolesnim pacijentima, koji su često i otežano pokretni ili nepokretni, vrlo je važno maksimalno skratiti postupak uključivanja i isključivanja bolesnika sa hemodijalize i sinhronizovati ove procese sa transportom bolesnika, a u ovome značajno pomaže i korišćenje adekvatnog potrošnog materijala sa kojim se lako, brzo i bezbedno rukuje.

Priprema i završetak hemodijaliznog tretmana su značajan deo dijaliznog procesa i korišćenje fiziološkog rastvora u pakovanju (kesa od 1 l) sa već ugrađenim nastavcima za infuziju, koje je važećim rešenjem ALIMS-a registrovano kao medicinsko sredstvo koje se koristi isključivo u tu svrhu, što je i navedeno u Uputstvu za upotrebu i Katalogu odobrenim od strane ALIMS-a, značajno pomaže da se ceo process odvija maksimalno brzo i bezbedno kako za pacijente, tako i za bolničko osoblje. Sa druge strane, pakovanje fiziološkog rastvora 0.9% NaCl u plastičnim bocama koje nudi potencijalni ponuđač, rešenjem ALIMS-a je registrovano kao lek, što ukazuje da je osnovna namena ovog rastvora bila intravenska terapija na bolničkim odeljenjima i uslovima rada koji omogućuju takvu primenu leka. Naknadnim dodavanjem nastavaka za infuziju na plastičnu bocu sa fiziološkim rastvorom dobija se **improvizovani set** koji se može koristiti u svrhu pripreme i završetka dijaliznog tretmana, ali taj rastvor ne dolazi u pakovanju koje je prikladno **za bezbedno skladištenje, neometano rukovanje i odlaganje otpadnog materijala**.

Imajući u vidu sve napred navedeno, a kako bi se ispoštovala jedina ispravna i odobrena od strane ALIMS-a primena *Fiziološkog rastvora (0,9% NaCl) za pripremu i završetak HD tretmana*, molimo Vas da za partiju 24 prihvatite **jedno dobro** - pakovanje (kesa od 1 l) sa već ugrađenim nastavcima za infuziju **koje je kao takvo upisano u registar medicinskih sredstava i poseduje jedno rešenje ALIMS-a**.

## Odgovor naručioca:

**U vezi ovog pitanja, Naručilac upućuje potencijalnog ponuđača na pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 08-1/255 od 15.03.2017. godine i 08-1/262 od 17.03.2017. godine i u svemu ostaje pri navodima iz ovih pojašnjenja.**

Komisija za javne nabavke  
u postupku JN 9/17