



# О П Ш Т А БОЛНИЦА

Др Лаза К. Лазаревић • Шабац

Попа Карана 4, 15000 Шабац, Србија  
Тел.: (015) 363 300, 363 379; факс: + 343 622  
Ел. по. : opstabolnicasabac@open.telekom.rs  
Интернет: www.bolnica015.org.rs

**Број: 08-1/20**  
**Шабац, 10.01.2018.**

Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне документације у отвореном поступку набавке хируршког конца poliglicolic acid средње ресорптивни, бр. ЈН 3/18, са следећим захтевом:

Poštovani, molimo vas da izvršite pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku br. 3/18.

Naime, u specifikaciji koju ste priložili u okviru tenderske dokumentacije u napomeni ste naznačili da tenzona snaga traženog konca treba da bude 80% nakon 14 dana i 20% nakon 28 dana.

Napominjemo da hirurški konac poliglikolid acid spada u grupu srednje resorptivnih hirurških konaca čija tenziona snaga u zavisnosti od proizvođača varira u rasponu od cca 60% do cca 85% po isteku 2 sedmice i naravno sa vremenom pada tako da po isteku 4 sedmice dostiže vrednost od cca 5% do cca 25%.

Podvlačimo da su ove navedene vrednosti prilično relativne, jer zavise od mnogo faktora a ne samo od proizvodnih karakteristika materijala.

Stoga mislimo da ove granice nije potrebno striktno ograničavati jer za to ne postoji nikakvo medicinsko opravdanje osim zaključavanja tenderske dokumantacije za samo jednog ponuđača.

Takođe napominjemo da samo jedan ponuđač na teritoriji Srbije nudi proizvod u čijem je uputstvu definisana tenziona snaga posle 4 sedmice, svi ostali ovaj kriterijum na zahtevani način ne mogu da zadovolje. Dokazivanje tenziona snage nakon 4 sedmice se jedino može učiniti izvodom iz tehnočkog fajla proizvođača.

Na osnovu svega gore navedenog, molimo vas da ovaj kriterijum ukinete i time dozvolite neometanu konkurenciju, na šta ste po zakonu obavezni.

## **Одговор наручиоца:**

1. Став наручиоца је да наведено није прихватљиво.

Наручилац је према својим потребама и патологији пацијената који се лече и оперишу у нашој здравственој установи као и финансијским могућностима установе, припремио техничку спецификацију за предметна добра.

Конци са тразеним карактеристикама се користе и код пацијената са повећаним ризиком од настанка руптуре, односно дехисценције ране, код дијабетичара, имунокомпромитијућих стања пацијената, гојазних особа, више пута оперисаних пацијената итд.

На основу свега горе наведеног, неопходан је конач са већом тензионом снагом након две недеље и након четири недеље као што је и наведено у техничкој спецификацији.

Како су упутства за употребу једино адекватан документ који и АЛИМС захтева приликом регистрације хируршког конца то је и за наручиоца искључиво меродаван и валидан документ из кога се могу видети тражене карактеристике.

Наручилац је испитивањем тржишта, увидом у каталоге и другу доступну документацију, дошао до сазнања да на нашем тржишту постоји више од три понуђача који имају наведену тензиону снагу након четири недеље од имплементације.

Комисија за јавне набавке  
у поступку ЈН 3/18