



**О П Ш Т А**  
**БОЛНИЦА**

Др Лаза К. Лазаревић • Шабац

Попа Карана 4, 15000 Шабац, Србија  
Тел.: (015) 363 300, 363 379; факс: + 343 622  
Ел. по. : opstabolnicasabac@open.telekom.rs  
Интернет: www.bolnica015.org.rs

**Број: 08-1/25**  
**Шабац, 12.01.2018.**

Potencijalni ponuđač se obratio naručiocu radi pojašnjenja konkursne dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke laboratorijske plastike i stakla, br. JN 4/18 , za partiju 1, sa sledećim zahtevom:

U partiji br 1 JN br 4/18: Da li plastična ambalaža ( PVC boce 50 ml i 100ml sa kapaljkom i čepom, PVC kutija 100ml i 1000ml ) mora biti u skladu sa **ISO 15378** ( Standard za razvoj, proizvodnju i prodaju primarnog materijala za pakovanje medicinskih i farmaceutskih proizvoda )? Da li je za pomenute stavke iz partije br 1potrebno dostaviti sertifikat **ISO 15378** proizvođača pvc ambalaže?

**Stav naručioca je da je za navedene stavke potrebno dostaviti sertifikat ISO 15378 za proizvođača ponuđene ambalaže.**

Комисија за јавне набавке  
у поступку JN 4/18