



**О П Ш Т А**  
**БОЛНИЦА**

Др Лаза К. Лазаревић • Шабац

Попа Карана 4, 15000 Шабац, Србија  
Тел.: (015) 363 300, 363 379; факс: + 343 622  
Ел. по. : opstabilnicasabac@open.telekom.rs  
Интернет: www.bolnica015.org.rs

**Број: 08-1/418**  
**Шабац, 17.05.2018.**

Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне документације у отвореном поступку набавке материјала микробиологију, бр. ЈН 16/18, са следећим захтевом:

Обраћамо Вам се са молбом да за партију бр. 20 Имунохроматографски тестови за микробиологију, ставка 2. Clostridium difficile токсин А+В, изузмете тражени услов, да свака кутија мора да садржи позитивну контролу, јер изменјену спецификацију може да понуди већи број понуђача. Самим тим се омогућава осталим понуђачима да конкуришу, што је у складу са законском обавезом наручиоца по Закону о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члан 10, да у поступку јавне набавке омогући што је већу конкуренцију.

Молимо Вас да у складу са основним начелима јавних набавки поменути спецификацију, тј. позитивну контролу (уколико је неопходна) за ставку 2 партије 20. издвојите у zasebnu партију, и тако омогућите конкурентност свим понуђачима (у складу са законом), а Вашој установи и економски најповољнију понуду.

Такође Вас подсећамо да сваки брзи тест, свих произвођача, поседује већ инкорпорiranу интерну контролу.

#### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

**Став наручиоца је да је наведени захтев понуђача неприхватљив.**

**Наиме, увидом у регистрована медицинска средства на сајту АЛИМС-а констатовано је да постоји више од 2 регистрована медицинска средства која одговарају траженој спецификацији чиме је конкурентност обезбеђена.**

**Из наведених разлога, наручилац остаје при објављеној спецификацији.**

Комисија за јавне набавке  
у поступку ЈН 16/18