



О П Ш Т А БОЛНИЦА

Др Лаза К. Лазаревић • Шабац

Попа Карана 4, 15000 Шабац, Србија
Тел.: (015) 363 300, 363 379; факс: + 343 622
Ел. по. : opstabolnicasabac@open.telekom.rs
Интернет: www.bolnica015.org.rs

Број: 08-1/192
Шабац, 13.03.2020.

Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне документације у отвореном поступку набавке санитарског потрошног материјала, бр. ЈН 8/20 , са следећим захтевом:

Molim Vas da mi odgovorite na sledeće pitanje vezano za partiju broj 32 (Kateter za embolektomiju Fogarti) - JN 8/20 (Sanitetski potrošni materijal) :

- Da li bi bili prihvatljivi kateteri za embolektomiju sledećih karakteristika : dijametri 2-7 Fr ; dužine 40,60 i 80, cm ; zapremine balona 0,05-1,75 ml ; prečnici balona 4,5-14.0 mm ; sa balonom od lateksa , i kateterom od pebaksa , sa markerima na svakih 10 cm ?

ПОЈАШЊЕЊЕ:

Став наручиоца је да је наведено прихватљиво.

Комисија за јавне набавке
у поступку ЈН 8/20