



О П Ш Т А БОЛНИЦА

Др Лаза К. Лазаревић • Шабац

Попа Карана 4, 15000 Шабац, Србија
Тел.: (015) 363 300, 363 379; факс: + 343 622
Ел. по. : opstabilnicasabac@open.telekom.rs
Интернет: www.bolnica015.org.rs

Број: 08-1/250
Шабац, 01.04.2020.

Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне документације у отвореном поступку набавке санитетског потрошног материјала, бр. ЈН 8/20, са следећим захтевом:

За партију 28, редни број 1.

Да ли је прихватљиво понудити “Uretralni stent, od radiopaknog poliuretana-PUR; Pušer 40cm; žica vodilja 150cm; Štipaljka Ch 4,8; 6; 7; 8”

За партију 28, редни број 2.

Да ли је прихватљиво понудити “Intraureteralni stent, JJ sonda, promera CH 4.8, dužine 28cm. Komponente seta: 1)JJ sonda (jedan "pigtail", O/C, u organizmu od 12 meseci, graduisana, od Vortek materijala; 2)Pušer dužine 75cm; 3)Žica vodilja sa fleksibilnim krajem u dužini od 150cm; 4)Štipaljka”

ПОЈАШЊЕЊЕ:

Након консултације са стручном Службом урологије, став наручиоца је да наведени захтев понуђача није прихватљив због неадекватних дужина пушера и жица водилја.

Наручилац остаје при траженим димензијама за наведену ставку.

Комисија за јавне набавке
у поступку ЈН 8/20